Certificado de Controle de Qualidade
Kitlabor Comércio de Produtos para Laboratório LTDA

Código	Produto			
156	Swab para coleta de amostras de Superfície			
Lote	**Fabricação**	**Validade**	**Documento da Qualidade**	**Temperatura de Armazenamento**
04036/24	08/03/2024	06/07/2024	DQ 6.5.01.00	4 a 25 °C

Controle de qualidade

Verificação	Referência	Resultado	Análise Crítica
Aparência	Caldo roxo podendo apresentar precipitado amarelo	Caldo roxo podendo apresentar precipitado amarelo	Aprovado
pH	7,4 - 7,8	7,6	Aprovado
Teste Qualitativo de Produtividade - *Escherichia coli* ATCC 25922	Caldo Amarelo	Caldo Amarelo	Aprovado
Teste Qualitativo de Seletividade	Não Aplicável	Não Aplicável	-
Teste de esterilidade a 30°C/72h	Sem crescimento	Sem crescimento	Aprovado
Teste de esterilidade a 35°C/48h	Sem crescimento	Sem crescimento	Aprovado
Norma de Referência	NBR ISO 11133:2014		

Recomendações

• As placas devem ser armazenas refrigeradas entre 2 °C e 8 °C nas prateleiras inferiores da geladeira, de forma a evitar o congelamento.
• Não colocar as placas na prateleira superior do refrigerador, já que ficarão muito próximas ao congelador. Em temperaturas inferiores a 2 °C ocorre a perda da água que compõe o meio de cultura, ficando as placas com água sobre o ágar.
• Não colocar as placas na porta do refrigerador, pois com a abertura e fechamento da porta ocorre uma variação maior de temperatura, ocasionando a condensação de água na tampa.
• Não congelar as placas. Caso ocorrer acidentalmente, após o descongelamento possivelmente o ágar possuirá um aspecto rachado, "craquelado", liquefeito, e com perda de água. Não utilizar.
• Sempre que um pacote de placas for aberto e nem todas forem usadas, acondicionar as placas não usadas em uma nova embalagem, fechando-a. Esse procedimento evita a perda de água do meio de cultura e uma possível contaminação ocasionada pelo ambiente.
• Foi realizado um estudo a partir de placas de petri contendo meio de cultura, transportadas por 3 dias em temperatura ambiente, no qual verificou-se que não ocorreram alterações nas características físicas, químicas e microbiológicas do produto, por um período maior que a sua validade.

Data de emissão: quarta-feira, 13 de março de 2024

Marco Aurélio Ronchi
CRQ 13200466

Responsável Técnico

Rua Heitor Blum, 310 – Sala 109 e 110 - Estreito - CEP 88075-110
Florianópolis/SC - Fone: (48) 3348-8922 / 3091-1118 / sac@kitlabor.com.br - CNPJ 09.164.441/0001-01