




Código		Produto		
		Caldo Verde Brilhante 2%		
Lote	Fabricação	Validade	Documento da Qualidade	Temperatura de Armazenamento
04270/24	19/04/2024	60 dias	DQ 6.5.01.00	Ambiente
Controle de qualidade				
Verificação		Referência	Resultado	Análise Crítica
Aparência		Meio líquido límpido, cor verde esmeralda	Meio líquido límpido, cor verde esmeralda	APROVADO
pH		7,0 - 7,4	7,2	APROVADO
Teste Qualitativo de Produtividade Escherichia coli ATCC 25922		Produção de gás	Produção de gás	APROVADO
Teste Qualitativo de Seletividade Enterococcus faecalis ATCC 29212		Sem alteração	Sem alteração	APROVADO
Teste de esterilidade 35 °C/48 h		Sem alteração	Sem alteração	APROVADO
Norma de Referência		NBR ISO 11133:2014		
Recomendações	<ul style="list-style-type: none"> • Não inalar ou ingerir; • Não utilizar frascos com sinais de contaminação ou com alterações de cor; • Não usar materiais com o prazo de validade expirado; • Seguir sempre as Boas Práticas de Laboratório ao manusear amostras microbiológicas; • O descarte do produto se baseia na RDC 222 (ANVISA) de 28 de março de 2018; • Para o descarte do material usado, autoclavar a 121°C por 30 minutos; • Contate o serviço de vigilância sanitária de sua região para garantir o cumprimento correto da legislação de descarte de produtos potencialmente contaminantes. 			
Data de emissão: 23 de Abril de 2024.			 Marco Aurélio Ronchi CRQ 13200466 Responsável Técnico	