



<u>Código</u>	<u>Produto</u>			
	Gerador de anaerobiose (Anaerokit)			
Lote	Fabricação	Validade	Documento da Qualidade	Temperatura de Armazenamento
26012024A	26/1/2024	20/1/2025	DQ 6.5.01.00	Ambiente

<u>Controle de qualidade</u>			
Verificação	Referência	Resultado	Análise Crítica
Aparência	Pó cinza	Pó cinza	Aprovado
pH	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
Teste Qualitativo de Produtividade - <i>Clostridium perfringens</i> ATCC 13124	Com crescimento	Com crescimento	Aprovado
Teste Qualitativo de Seletividade	Não aplicável	Não aplicável	Aprovado
Teste de esterilidade	Não aplicável	Não aplicável	Aprovado
Norma de Referência	NBR ISO 11133:2014		

Recomendações	<ul style="list-style-type: none"> • Armazenar em temperatura ambiente, longe de umidade. • Não inalar ou ingerir; • Não usar materiais com o prazo de validade expirado; • Seguir sempre as Boas Práticas de Laboratório ao manusear amostras microbiológicas; • Contate o serviço de vigilância sanitária de sua região para garantir o cumprimento correto da legislação de descarte de produtos potencialmente contaminantes.
----------------------	--


Marco Aurélio Ronchi
CRQ 13200466

Responsável Técnico