



Código		Produto		
		Caldo Mueller Kauffmann Tetrionato Novobiocina (MKTTn)		
Lote	Fabricação	Validade	Documento da Qualidade	Temperatura de Armazenamento
08826/26	23/03/2026	60 dias	DQ 6.5.01.00	2 a 8 °C
Controle de qualidade				
Verificação		Referência	Resultado	Análise Crítica
Aparência		Caldo verde pálido com precipitado		APROVADO
pH		7,8 - 8,2	8,0	APROVADO
Teste Qualitativo de Produtividade Salmonella typhimurium ATCC 14028		Crescimento típico em 0,01 mL inoculado em ágar XLD	Crescimento típico em 0,01 mL inoculado em ágar XLD	APROVADO
Teste Qualitativo de Seletividade Enterococcus faecalis ATCC 29212		Pouco ou nenhum crescimento em 1 mL inoculado em TSA	Pouco ou nenhum crescimento em 1 mL inoculado em TSA	APROVADO
Teste de esterilidade 35 °C/48 h		Nenhum crescimento em 1 mL inoculado em TSA	nenhum crescimento em 1 mL inoculado em TSA	APROVADO
Norma de Referência		NBR ISO 11133:2014		
Recomendações		• Não inalar ou ingerir; • Não utilizar frascos com sinais de contaminação ou com alterações de cor; • Não usar materiais com o prazo de validade expirado; • Seguir sempre as Boas Práticas de Laboratório ao manusear amostras microbiológicas; • O descarte do produto se baseia na RDC 222 (ANVISA) de 28 de março de 2018; • Para o descarte do material usado, autoclavar a 121°C por 30 minutos; • Contate o serviço de vigilância sanitária de sua região para garantir o cumprimento correto da legislação de descarte de produtos potencialmente contaminantes.		
Data de emissão: 30 de Março de 2026.			 Marco Aurélio Ronchi CRQ 13200466 Responsável Técnico	