Certificado de Controle de Qualidade
Kitlabor Comércio de Produtos para Laboratório LTDA

Código	**Produto**			
	Ágar Baird Parker			
Lote	**Fabricação**	**Validade**	**Documento da Qualidade**	**Temperatura de Armazenamento**
10871/26	04/11/2026	60 dias	DQ 6.5.01.00	2 a 8 °C

Controle de qualidade

Verificação	**Referência**	**Resultado**	**Análise Crítica**
Aparência	Meio sólido amarelado, opaco	Meio sólido amarelado, opaco	APROVADO
pH	7,0 - 7,4	7,2	APROVADO
Teste Qualitativo de Produtividade Staphylococcus aureus ATCC 25923	Colônias pretas a cinzas, com zona clara ao redor	Colônias pretas a cinzas, com zona clara ao redor	APROVADO
Teste Qualitativo de Seletividade Escherichia coli ATCC 25922	Sem Crescimento	Sem crescimento	APROVADO
Teste de esterilidade 35 °C/48 h	Sem crescimento	Sem crescimento	APROVADO
Norma de Referência	NBR ISO 11133:2014		

Recomendações	• As placas devem ser armazenadas refrigeradas entre 2 °C e 8 °C em refrigeradores sem freezer interno. • Caso seja utilizado refrigerador com freezer interno, as placas devem ser armazenadas nas prateleiras inferiores, de forma a evitar o congelamento. O armazenamento nas prateleiras superiores pode causar o desprendimento da água que compõe o meio de cultura, por ficarem expostas a temperaturas inferiores a 2 °C. • Não colocar as placas na porta do refrigerador, pois com a abertura e fechamento da porta ocorre uma variação maior de temperatura, ocasionando a condensação de água na tampa. • Não congelar as placas. Caso ocorrer acidentalmente, após o descongelamento possivelmente o ágar possuirá um aspecto rachado, “craquelado”, liquefeito, e com perda de água. Não utilizar. • Sempre que um pacote de placas for aberto e nem todas as unidades forem utilizadas, acondicionar as placas restantes em uma nova embalagem, fechando-a. Esse procedimento evita a perda de água do meio de cultura e uma possível contaminação ocasionada pelo ambiente. • Para fins de transporte as placas podem ficar expostas a temperatura ambiente por até 3 dias sem alterações nas suas características físicas ou químicas.

Data de emissão:09 de Novembro de 2026.

Marco Aurélio Ronchi
CRQ 13200466

Responsável Técnico