Certificado de Controle de Qualidade
Kitlabor Comércio de Produtos para Laboratório LTDA

Código	**Produto**			
549.1	Ágar Bile Vermelho Violeta Glicose (VRBG Agar)			
Lote	**Fabricação**	**Validade**	**Documento da Qualidade**	**Temperatura de Armazenamento**
10875/26	04/11/2026	60 dias	DQ 6.5.01.00	2 a 8 °C

Controle de qualidade

Verificação	**Referência**	**Resultado**	**Análise Crítica**
Aparência	Meio sólido avermelhado livre de partículas visíveis	Meio sólido avermelhado livre de partículas visíveis	APROVADO
pH	7,2 - 7,6	7,4	APROVADO
Teste Qualitativo de Produtividade Escherichia coli ATCC 25922	Colônias róseas	Colônias róseas	APROVADO
Teste Qualitativo de Seletividade Enterococcus faecalis ATCC 29212	Sem crescimento	Sem crescimento	APROVADO
Teste de esterilidade 35 °C/48 h	Sem crescimento	Sem crescimento	APROVADO
Norma de Referência	NBR ISO 11133:2014		

Recomendações	• As placas devem ser armazenadas refrigeradas entre 2 °C e 8 °C em refrigeradores sem freezer interno. • Caso seja utilizado refrigerador com freezer interno, as placas devem ser armazenadas nas prateleiras inferiores, de forma a evitar o congelamento. O armazenamento nas prateleiras superiores pode causar o desprendimento da água que compõe o meio de cultura, por ficarem expostas a temperaturas inferiores a 2 °C. • Não colocar as placas na porta do refrigerador, pois com a abertura e fechamento da porta ocorre uma variação maior de temperatura, ocasionando a condensação de água na tampa. • Não congelar as placas. Caso ocorrer acidentalmente, após o descongelamento possivelmente o ágar possuirá um aspecto rachado, “craquelado”, liquefeito, e com perda de água. Não utilizar. • Sempre que um pacote de placas for aberto e nem todas as unidades forem utilizadas, acondicionar as placas restantes em uma nova embalagem, fechando-a. Esse procedimento evita a perda de água do meio de cultura e uma possível contaminação ocasionada pelo ambiente. • Para fins de transporte as placas podem ficar expostas a temperatura ambiente por até 3 dias sem alterações nas suas características físicas ou químicas.

Data de emissão:09 de Novembro de 2026.

Marco Aurélio Ronchi
CRQ 13200466

Responsável Técnico