Certificado de Controle de Qualidade
Kitlabor Comércio de Produtos para Laboratório LTDA

Código	**Produto**			
	Caldo Verde Brilhante 2%			
Lote	**Fabricação**	**Validade**	**Documento da Qualidade**	**Temperatura de Armazenamento**
10879/26	04/11/2026	90 dias	DQ 6.5.01.00	Ambiente

Controle de qualidade

Verificação	**Referência**	**Resultado**	**Análise Crítica**
Aparência	Meio líquido límpido, cor verde esmeralda	Meio líquido límpido, cor verde esmeralda	APROVADO
pH	7,0 - 7,4	7,2	APROVADO
Teste Qualitativo de Produtividade Escherichia coli ATCC 25922	Produção de gás	Produção de gás	APROVADO
Teste Qualitativo de Seletividade Enterococcus faecallis ATCC 29212	Sem alteração	Sem alteração	APROVADO
Teste de esterilidade 35 °C/48 h	Sem alteração	Sem alteração	APROVADO
Norma de Referência	NBR ISO 11133:2014		

Recomendações	• Não inalar ou ingerir; • Não utilizar frascos com sinais de contaminação ou com alterações de cor; • Não usar materiais com o prazo de validade expirado; • Seguir sempre as Boas Práticas de Laboratório ao manusear amostras microbiológicas; • O descarte do produto se baseia na RDC 222 (ANVISA) de 28 de março de 2018; • Para o descarte do material usado, autoclavar a 121ºC por 30 minutos; • Contate o serviço de vigilância sanitária de sua região para garantir o cumprimento correto da legislação de descarte de produtos potencialmente contaminantes.

Data de emissão:09 de Novembro de 2026.

Marco Aurélio Ronchi
CRQ 13200466

Responsável Técnico