Certificado de Controle de Qualidade
Kitlabor Comércio de Produtos para Laboratório LTDA

Código	**Produto**			
	Caldo Half-Fraser suplementado			
Lote	**Fabricação**	**Validade**	**Documento da Qualidade**	**Temperatura de Armazenamento**
10914/26	06/11/2026	45 dias	DQ 6.5.01.00	Ambiente

Controle de qualidade

Verificação	**Referência**	**Resultado**	**Análise Crítica**
Aparência	Meio líquido âmbar	Meio líquido âmbar	APROVADO
pH	7,0 - 7,4	7,2	APROVADO
Teste Qualitativo de Produtividade Listeria monocytogenes ATCC 19111	Caldo marrom a preto	Caldo marrom a preto	APROVADO
Teste Qualitativo de Seletividade Escherichia coli ATCC 25922	Sem alteração	Sem alteração	APROVADO
Teste de esterilidade 35°C/48 h	Sem alteração	Sem alteração	APROVADO
Norma de Referência	NBR ISO 11133:2014		

Recomendações	• Não inalar ou ingerir; • Não utilizar frascos com sinais de contaminação ou com alterações de cor; • Não usar materiais com o prazo de validade expirado; • Seguir sempre as Boas Práticas de Laboratório ao manusear amostras microbiológicas; • O descarte do produto se baseia na RDC 222 (ANVISA) de 28 de março de 2018; • Para o descarte do material usado, autoclavar a 121ºC por 30 minutos; • Contate o serviço de vigilância sanitária de sua região para garantir o cumprimento correto da legislação de descarte de produtos potencialmente contaminantes.

Data de emissão:09 de Novembro de 2026.

Marco Aurélio Ronchi
CRQ 13200466

Responsável Técnico